



Nutzerordnung

Der Nutzer der Experimentellen 7T MRTs verpflichtet sich mit der Unterschrift, folgende Regeln einzuhalten:

- Messzeitanträge müssen per Email an die TOL gestellt werden (formlos).
- Die 7T MRTs dürfen nur von *Advanced Usern* bzw. der techn.-operativen Leitung (TOL) betrieben werden.
- *Basic User* und sonstige an einer Studie beteiligte Mitarbeiter sind zu keiner eigenständigen Bedienung der MRTs berechtigt und dürfen nur in Anwesenheit eines *Advanced Users* oder der TOL an Untersuchungen teilnehmen.
- Nur *Advanced User* erhalten Transponder-Zugang zu den MRT-Räumen (Genehmigung durch die TOL). Der Transponder darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Der *Advanced User* hat Sorge zu tragen, dass keine Unbefugten Zugang zu den Räumen haben.
- Alle Sicherheitsvorschriften und die Nutzerordnung sind beim Betrieb der MRTs einzuhalten.
- Die Anleitungen und Anweisungen der ausliegenden Workinstructions sind zu beachten.
- Einmal pro Kalenderjahr muss jeder Nutzer nachweislich an der MRT-Sicherheitseinweisung teilnehmen.
- Die MRTs und das zugehörige Equipment sind in einwandfreiem Zustand zu halten und Störungen und Defekte sofort der TOL zu melden.
- Es dürfen weder magnetische noch magnetisierbare Gegenstände noch irgendwelche technischen Geräte ohne Rücksprache mit der TOL in die HF-Kabinen mitgenommen werden.
- Vor Beginn jeder Messung müssen alle Nutzer das Laborbuch lesen, das an den Workstations ausliegt, um über aktuelle Betriebsänderungen auf dem Laufenden zu sein.
- Jede Messung ist im Laborbuch zu dokumentieren, inklusive aller Auffälligkeiten, Störungen und Gerätedefekte.
- Der Nutzer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass ein genehmigter Tierversuchsantrag mit der Erlaubnis zu kernspintomographischen Untersuchungen unter Narkose vorliegt. Für die zu untersuchenden Tiere muss der TOL ein aktuelles Gesundheitszeugnis aus der jeweiligen Tierhaltung vorgelegt werden.
- Bei Arbeiten mit gentechnisch veränderten Tieren (GVOs) ist das *Dokumentationsblatt für gentechnisch veränderte Labortiere* aus dem Tierversuchsantrag der S1-Projektleitung für die MRT-Anlage (Susanne Mueller) auszuhändigen. Bei längerfristigen und regelmäßigen MRT Untersuchungen von GVOs sind die Räume der Exp. MRTs mit in die eigene S1-Anlage aufzunehmen.
- Bei in vivo Messungen unter Inhalationsnarkose müssen aus Sicherheitsgründen immer 2 Personen am MRT anwesend sein.
- Nach Beendigung der Untersuchung müssen die Räume der MRTs in ordentlichem und hygienisch einwandfreiem Zustand hinterlassen werden. Alle Gase sind abzdrehen.
- Jeder Nutzer ist angewiesen seine Daten eigenverantwortlich und rechtzeitig zu sichern.
- Nutzer müssen sich an die von ihnen gebuchte Messzeit halten. Absagen müssen spätestens 24h vorher erfolgen. Ansonsten wird der volle Preis für die gebuchte Messzeit berechnet.
- Für die Messzeitabrechnung muss die Nutzungsdauer in Stunden in das Laborbuch eingetragen werden und ein Kostenstelle bzw. Rechnungsadresse bei TOL hinterlegt werden.
- Der Nutzer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass Ihm die vollständige Nutzerordnung der 7T MRT Core Facility ausgehändigt wurde.

Nutzer _____

Datum _____

Unterschrift _____